

Merkblatt Chauvin Arnoux Messleitung

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen in unsere Dienstleistung. Wir freuen uns Ihren Auftrag auszuführen oder dass wir Ihren Auftrag bereits ausführen durften.


Bitte beachten Sie nachstehenden Hinweis zu den Messleitungen, welcher Schäden, Messverfälschungen und zusätzlichem Aufwand vorbeugt:

Messleitungen

Isolationsmessungen werden mit den mitgelieferten, 2- oder 3-poligen Messleitungen mit 3 einzelnen Sicherheitsmessleitungen durchgeführt.

Bei der Einsendung der Messgeräte ist darauf zu achten, dass die einzelnen Messleitungen voneinander getrennt sind, daher **weder zusammengebunden, verflochten oder ineinander verdreht** sind.

Messleitungen, welche diese Anforderungen nicht erfüllen, können **Messverfälschungen** durch Leckströme, durch kapazitive Ströme oder durch Oberflächen-Kriechströme **verursachen**.



Hauptsitz:

APTOMET AG
Worbstrasse 201
CH-3073 Gümligen
Tel. +41 31 934 06 00
Fax +41 31 934 06 01

Zweigstelle:

APTOMET AG
Luppenstrasse 3
CH-8320 Fehraltorf
Tel. +41 31 934 06 02
Fax +41 31 934 06 01

www.aptomet.ch
info@aptomet.ch

Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.